COR MEDIC SRL office@cormedic.ro
Mobil. 0728 042 233

ANALIZOR AUTOMAT VSH cu TUBURI EDTA

Analizorul automat VSH Analyzer este un sistem de top care are o integrare completă în laboratoarele de hematologie prin determinarea directă a VSH din probe de sânge / EDTA cu tehnologia sa inteligentă și inovatoare care combină „camera ccd” și metoda Westergren acceptată la nivel internațional.

Analizorul este complet rentabil, oferă confort pacientului și ecologic, deoarece folosește aceleași tuburi EDTA provenite din testele CBC.

40 de poziții de încărcare a eșantionului, adaptabilitate la încărcare continuă timp de 19 minute când începeți să rulați instrumentul, lipsit de întreținere, ecologic, ecran tactil LCD și transmisie de date către LIS sunt doar câteva dintre caracteristicile avansate ale analizorului care oferă confort de laborator și productivitate.



- Utilizarea aceleasi tuburi CBC. Nu este nevoie de tub de citrat dedicat
- Metoda Westergren prin camera CCD
- Utilizarea cardurilor inteligente
- Nu sunt necesari reactivi, ecologici
- 40 de poziții de încărcare a probelor, până la 120 de teste / oră
- Încărcarea continuă a probelor până la primul rezultat
- Primul rezultat disponibil după 20 de minute și fiecare rezultat următor în 5 secunde.
- Management avansat al controlului calității prin LJ Graphics
- Ecran tactil LCD de 7 inch
- Software ușor de utilizat
- Imprimantă termică încorporată (imprimantă externă opțională)
- Conexiune LIS
- **OPTIONAL** - Cititor de coduri de bare

Specifictii tehnice

Principiul	Metoda Westergren prin camera CCD
Pozitii de incarcare	40, incarcarea directa a tuburilor EDTA
Viteza	120 teste/ora
Incarcarea probelor	Continuu pana la primul rezultat
Primul rezultat	In 20 de minute
Urmatoarele rezultate	La fiecare 3 sec.
Volumim minim de proba	2 ml
Volumul de testare	2,5 ml-3 ml
Imprimanta	Incorporata
Comunicare	LIS

Afisaj	LCD tactil (800x600)
Cititor Cod Bare	OPTIONAL
Alimentare	220 V, 50 Hz
Dimensiuni	69x42.5x31.5 cm
Greutate	20 kg