

ANALIZOR ELECROLITI – PPC192**Randament:** 50 teste/ora**Volum proba:** 100-150 µl**Stocare:** 10000, suportă reîmprospătare automată, protecție la oprire**Interfata:** RS-232, USB pentru actualizare software și Bluetooth**QC:** Revizuirea graficelor și revizuirea statistică de susținere**Afisaj:** Ecran LCD TFT tactil de 5,0 inci**Pozitii probe:** 25 pozitii**Masurarea timpului:** Suportă test STAT 40s (timp de măsurare 60s
pentru introducerea probei, măsurare, curățare și imprimare)- Parametri de măsurare: K⁺, Na⁺, Cl⁻, iCa²⁺, pH, TCO₂- Parametri de calcul: nCa²⁺, TCa²⁺, AG

Specification	Accuracy	Precision (CV)	Range (mmol/L)	Deviation	Relative Factor (r)	Stability (R)	Contamination Rate (C)
K ⁺	≤2.0%	≤1.0%	1.5~7.5	≤3.0%	≥0.995	≤2.0%	≤1.5%
Na ⁺	≤2.0%	≤1.0%	100.0~180.0	≤2.0%	≥0.995	≤2.0%	≤1.5%
Cl ⁻	≤2.0%	≤1.0%	80.0~160.0	≤2.0%	≥0.995	≤2.0%	≤1.5%
	≤5.0% or						
Ca ²⁺	0.05 mmol/L	≤1.5%	0.50~2.50	≤5.0% or 0.05mmol/L	≥0.995	≤3.0%	≤2.0%
pH	—	≤0.5%	—	—	≥0.995	—	—
TCO ₂	≤5.0%	≤3.0%	10.0~50.0	≤3.0%	≥0.995	≤5.0%	≤5.0%